

## Erklärung zu den KBE - Werten der Ready-to-Use- Pump Sets

Mit diesem Schreiben nimmt die Medela AG Stellung zur den KBE - Werten der bisher produzierten "Ready-to-Use One-Day Pump Sets". Die Artikel zeigten die folgende durchschnittlichen KBE Werte bei einem Grenzwert von 24:

Artikelnummer	Artikel Bezeichnung	KBE Wert
008.0276	Ready-to-Use One-Day Symphony Pump Set size M	0.2
008.0277	Ready-to-Use One-Day Symphony Pump Set size L	0.1
008.0278	Ready-to-Use One-Day Symphony Pump Set size XL	0.3
008.0269	Ready-to-Use One-Day Lactina Pump Set size M	0.0
008.0270	Ready-to-Use One-Day Lactina Pump Set size L	0.4
008.0271	Ready-to-Use One-Day Lactina Pump Set size XL	0.0

Baar, 27. April 2017



Dr. Prisca Zammaretti

Vice President Quality Management &  
Regulatory Affairs



Dr. Claudia Dietrich

Global Product Manager Hospital